

(公 印 省 略)

薬第231-94号

令和8年7月6日

前橋市保健所長 }
高 崎 市 長 } 様
(保健医療総務課)

群馬県健康福祉部薬務課長 佐藤 正紀

第十九改正日本薬局方正誤表の送付について（その1）

このことについて、別添のとおり令和8年6月29日付けで、厚生労働省医薬局医薬品
審査管理課から事務連絡がありましたので、御承知おきください。

なお、群馬県薬事工業会長あてには別途通知したことを申し添えます。

（ 担当 審査・監視係 ）
（ 電話 027-898-3562 ）

事 務 連 絡
令和 8 年 6 月 29 日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課

第十九改正日本薬局方正誤表の送付について（その 1）

第十九改正日本薬局方（令和 8 年厚生労働省告示第 193 号）につきまして、一部に誤植等がありましたので別紙のとおり正誤表を送付いたします。

第十九改正日本薬局方告示版に対する正誤表（その１）

１．一般試験法

該当箇所	頁、左右	↓/↑、行	正	誤
2.42 凝固点測定法 2. 操作法	63、左	↑ 2	試料を B に入れ、A 中に差し込み、浸線付温度計 F (温度計〈9.63〉の表 9.63－1)の浸線 H を試料のメニスカスに合わせた後、試料の温度が予想した凝固点よりも 5℃高い温度まで冷却されたとき、かき混ぜ棒 E を毎分 60 ～ 80 回の割合で上下に動かし、30 秒ごとに温度を読む。	試料を B に入れ、A 中に差し込み、浸線付温度計 F (温度計〈9.63〉の表 9.63－1)の浸線 H を試料のメニスカスに合わせた後、試料の温度が予想した凝固点よりも 5℃高い温度まで冷却されたとき、かき混ぜ棒 E を毎分 60 ～ 80 回の割合で上下に動かし、30 秒ごとに温度 <u>を</u> 読む。
9.62 計量器・用器 はかり（天秤）及び分銅（５）	408、右	↓ 10-11	正確さ(真度)の要件 正確さ(真度)には感度誤差、直線性誤差、偏置誤差が含まれる。そのうち、感度の正確さに関し、1回の分銅ののせ降ろしにより得られたはかり(天秤)の表示値と分銅の質量値から、下記の式により得られる誤差が0.05%以下であること。 $\frac{ I - m }{m} \times 100 \leq 0.05$ I: 1回の分銅の秤量におけるはかり(天秤)の表示値 m: 分銅の質量値(公称値又は協定質量値)	正確さ(真度)の要件 正確さ(真度)には感度誤差、直線性誤差、偏置誤差が含まれる。そのうち、感度の正確さに関し、1回の分銅ののせ降ろしにより得られたはかり(天秤)の表示値と分銅の質量値から、下記の式により得られる誤差が0.05%以下であること。 I: 1回の分銅の秤量におけるはかり(天秤)の表示値 m: 分銅の質量値(公称値又は協定質量値)

2. 医薬品各条（化学薬品等）

該当箇所	頁、左右	↓/↑、行	正	誤
デンプングリコール酸ナトリウム	1207、左	↑ 21	(3) 純度試験(1)の試料溶液はナトリウム塩の定性反応(2)〈1.09〉を呈する。ただし、試料溶液 2 mL 及びヘキサヒドロキソアンチモン(V)酸カリウム試液 4 mL を用いる。	(3) 純度試験(2)の試料溶液はナトリウム塩の定性反応(2)〈1.09〉を呈する。ただし、試料溶液 2 mL 及びヘキサヒドロキソアンチモン(V)酸カリウム試液 4 mL を用いる。
برانلカستカプセル	1520、右	↓ 23	定量法 本品 10 個をとり、内容物を取り出し、ジメチルスルホキシド $V/4$ mL を加え、必要に応じて、超音波処理した後、1 mL 中にبرانلカスト水和物($C_{27}H_{23}N_5O_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O$)約 <u>11.25</u> mg を含む液となるようにアセトニトリルを加えて正確に V mL とする。	定量法 本品 10 個をとり、内容物を取り出し、ジメチルスルホキシド $V/4$ mL を加え、必要に応じて、超音波処理した後、1 mL 中にبرانلカスト水和物($C_{27}H_{23}N_5O_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O$)約 <u>22.5</u> mg を含む液となるようにアセトニトリルを加えて正確に V mL とする。
برانلカستカプセル	1520、右	↓ 24	必要に応じて遠心分離し、この上澄液 <u>4</u> mL を正確に量り、アセトニトリル/ジメチルスルホキシド混液(3 : 1)を加えて正確に 100 mL とする。	必要に応じて遠心分離し、この上澄液 <u>2</u> mL を正確に量り、アセトニトリル/ジメチルスルホキシド混液(3 : 1)を加えて正確に 100 mL とする。
برانلカستカプセル	1520、右	↑ 11	本品 1 個中のبرانلカスト水和物($C_{27}H_{23}N_5O_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O$)の量(mg) $= M_S \times Q_T / Q_S \times 9V / \underline{160} \times 1.019$	本品 1 個中のبرانلカスト水和物($C_{27}H_{23}N_5O_4 \cdot \frac{1}{2} H_2O$)の量(mg) $= M_S \times Q_T / Q_S \times 9V / \underline{80} \times 1.019$

3. 附録

該当箇所	頁、左右	↓/↑、行	正	誤
原子量表(2024)	2749	↓ 19	原子番号 Atomic number	原子量 Atomic number

4. 索引

該当箇所	頁、左右	↓/↑、行	正	誤
日本名索引	2764、左	↓ 24	イミダゾール臭化水素酸塩 …………… 240	イミダゾール臭化水素 <u>塩</u> 酸塩 …………… 240
日本名索引	2791、右	↑ 14	精製水，滅菌 …………… 30 <u>4</u>	精製水，滅菌 …………… 30 <u>5</u>